

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

À Firma
BETINATÊXTEIS LAR, LDA
RUA D. CARLOS I, Nº 167

2415-406- LEIRIA

Entrada: 11952/2020

Data de Recepção das Amostras : 2020/06/19

Observações

Grupos de Ensaios

Disp. Médico -Ficha técnica CITEVE

N. Amostras - V/Referência

17136/2020 - FATO PU-S/M
17138/2020 - FATO PU - L/XL
18608/2020 - FATO PU-S/M
18609/2020 - FATO PU - L/XL

Ensaios Requeridos

Material aprovado no relatório CITEVE nº 9924/2020-1 (amostra nº 11350/2020)
Projeto COVID-19


Conformidade com as especificações

Ver última página

- Os ensaios foram realizados entre a data 2020/06/19 e 2020/07/07.

V.N.FAMALICÃO, 08 de Julho de 2020

COORDENADOR
DO LABORATÓRIO



(Eng^a Ana Paula Fonte)

NOTAS:

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação l.d. - limite de detecção n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
17136 /2020	FATO PU-S/M	1 coverall branco reutilizável tamanho S/M

Ensaio/Norma: * **CONFORMIDADE DE CONCEÇÃO / MI**

Resultados

A peça não apresenta conformidade de conceção pois o capuz não contempla a proteção do pescoço (acima da costura do pescoço tem de existir uma zona com fecho e carcela e só depois a abertura do capuz) e a abertura do capuz está baixa para a altura do mesmo, impedindo a visibilidade do utilizador.

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
17138 /2020	FATO PU - L/XL	1 Coverall branco reutilizável tamanho L/XL

Ensaio/Norma: * **CONFORMIDADE DE CONCEÇÃO / MI**

Resultados

A peça não apresenta conformidade de conceção pois o capuz não contempla a proteção do pescoço (acima da costura do pescoço tem de existir uma zona com fecho e carcela e só depois a abertura do capuz) e a abertura do capuz está baixa face à altura do mesmo, impedindo a visibilidade do utilizador.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
18608 /2020	FATO PU-S/M	1 coverall branco reutilizável tamanho S/M

Ensaio/Norma: * **CONFORMIDADE DE CONCEÇÃO / MI**

Resultados

A peça apresenta conformidade de conceção, após correção da amostra 17136/2020.

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
18609 /2020	FATO PU - L/XL	1 Coverall branco reutilizável tamanho L/XL

Ensaio/Norma: * **CONFORMIDADE DE CONCEÇÃO / MI**

Resultados

A peça apresenta conformidade de conceção, após correção da amostra 17138/2020.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

Conformidade com as especificações

As peças (amostras 18608/2020 e 18609/2020) apresentam conformidade de conceção, de acordo com a ficha técnica do Citeve em vigor.

As peças (amostras 17136/2020 e 17138/2020) não apresentam conformidade de conceção, de acordo com a ficha técnica do Citeve em vigor (ver comentário nos resultados deste relatório).

Artigos confeccionados com matéria-prima aprovada para dispositivos médicos reutilizáveis até 40 lavagens, no relatório 9924/2020-1.



Entrada 11952_Amostra 17136



Entrada 11952_Amostra 17138